

**FLUIDI SILICONICI STANDARD FUNGILAB
PER VISCOSIMETRIA CERTIFICATI
SECONDO ISO 17025 / ISO GUIDE 34 VISCOSITY REFERENCE STANDARD**



- Fluidi siliconici certificati secondo le norme internazionali ISO EN 17025 / ISO GUIDE 34 Certified
- Questi campioni di viscosità sono utilizzabili esclusivamente per l'uso con i viscosimetri rotazionali
- Necessari per controllare i risultati di viscosità ed eseguire le calibrazione dei viscosimetri
- I valori di viscosità sono certificati con un riferimento a due differenti temperature (20 e 25°C)
- Tutti gli oli standard sono forniti con il certificato di calibrazione che indica anche il valore di densità

Elenco dei Fluidi standard disponibili :

Codice	Modello	Standard con Viscosità Nominale (cP)	Range di viscosità mPas (cp) @ 25°C
V12Z10	RT5	5	5,062
V12Z14	RT10	10	10,04
V12Z18	RT50	50	50,49
V12Z20	RT75	75	77,03
V12Z22	RT100	100	100,7
V12Z23	RT250	250	251,5
V12Z24	RT350	350	357,0
V12Z26	RT500	500	502,6
V12Z30	RT1000	1000	1001
V12Z34	RT5000	5000	4984
V12Z36	RT10000	10000	10040
V12Z38	RT12500	12500	12371
V12Z42	RT30000	30000	30022
V12Z46	RT60000	60000	60445
V12Z50	RT100000	100000	100165