

CERTIFICATO TARATURA ACCREDIA TEMPERATURA. RANGE: 0...+100°C



Codice: 21005999

Punti di taratura: 3 (da specificare in caso d'ordine).

ATTENZIONE - IN CASO D'ORDINE, COMUNICARE L'ESATTA RAGIONE SOCIALE DA RIPORTARE SUL CERTIFICATO.

Centro LAT n. 123

Incertezza per catene di misura con Pt 100: $0,06 \div 0,08$ °C

Incertezza per catene di misura Termocoppie K: $0,6 \div 2,5$ °C

Incertezza per catene di misura a Termistore: $0,06 \div 0,08$ °C