CERTIFICATO TARATURA ACCREDIA TEMPERATURA. RANGE: 0…+600°C

Codice: 21006039

Punti di taratura: 3 (da specificare in caso d'ordine).
ATTENZIONE - IN CASO D'ORDINE, COMUNICARE L'ESATTA RAGIONE SOCIALE DA RIPORTARE SUL CERTIFICATO.
Centro LAT n. 123
Incertezza per catene di misura con Pt 100: 0,06 ÷ 0,08 °C
Incertezza per catene di misura Termocoppie K: 0,6 ÷2,5 °C
Incertezza per catene di misura a Termistore: 0,06÷ 0,08 °C