

## CERTIFICATO TARATURA ACCREDIA UMIDITÀ



**Codice: 21006309**

1 punto temperatura +5°C...+60°C (da specificare in fase d'ordine) + 4 punti umidità da 10 % a 90 %UR.  
ATTENZIONE - IN CASO D'ORDINE, COMUNICARE L'ESATTA RAGIONE SOCIALE DA RIPORTARE SUL CERTIFICATO.

Centro LAT n.123

Incertezza di misura: 0,7...2,2 %UR

Per termoigrometri digitali completi di sonda.