CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

DPD 1 – CONFEZIONE DA 500 COMPRESSE

Descrizione

Reattivi per fotometri PC COMPACT. PER BROMO: 0,05 13 mg/l Br2 (metodo 80) PER CLORO LIBERO: 0,01 6,0 mg/l Cl2 (metodo 100) PER CLORO BIOSSIDO: 0,05 1 mg/l CLO2 (cloro libero: metodo 119) PER IODIO: 0,05 3,6 mg/l I2 (metodo 215) PER OZONO DPD (NECESSARI DPD 1 E DPD 3): 0,02 2,0 mg/l O3 (metodo 300)

© Chimica Centro snc