CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

NANOCOLOR SET NICHEL, 100 –250 ANALISI

Descrizione

Intervallo: 0.01 10.0 mg/l Ni2+.Ciascuna confezione contiene tutti i reattivi richiesti preparati in singole bottiglie. La composizione dei reattivi corrisponde allo sviluppo di ciascuna analisi e tiene conto della stabilità dei reattivi. Questo spiega perché alcuni reattivi vengono forniti in soluzione e altri come solidi.Per questo, reazioni chimiche complesse possono essere eseguite, in modo sicuro e riproducibile. L'analisi viene eseguita in un "sistema chiuso".Il campione (20 ml) viene miscelato con i reattivi in un palloncino tarato da 25 ml e portato a volume con acqua distillata. Questo procedimento offre numerosi vantaggi: Accuratezza: il volume definito di campione viene portato ad un definito volume finale dopo aggiunta dei reattivi.In questo modo variazioni nell'aggiunta dei reattivi non provocano errori nei risultati. Più ampio intervallo di misura: se le concentrazioni superano i limiti dell'intervallo di applicabilità di una analisi (concentrazioni elevate) il volume del campione può essere facilmente diminuito senza alterare il procedimento analitico. Procedimento analitico: la reazione può essere agevolmente seguita nel palloncino tarato. Si notano immediatamente anormalità quali colori inattesi, torbidità o sviluppo di gas e questo non può provocare errori inosservati.Dopo la preparazione la miscela di reazione viene versata nella cuvetta più adatta (in funzione della accuratezza richiesta e dell'intervallo di misura) ed è così pronta per la misura fotometrica.NECESSITANO DI SPETTROFOTOMETRO NANOCOLOR.UN 1933 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.O.S. (Etanolo mixture) , 3, II, (D/E).TAGLIO FINO AD 1 LITRO: TRASPORTO NON IN ADR.***DICHIARAZIONE PRECURSORI ESPLOSIVI OBBLIGATORIA***