CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

SISTEMA INTEGRATO DI ACQUA ULTRAPURA (GRADO 1) ED ACQUA PURA (GRADO 2) ADRONA MOD. Q-FRONT 10 EDI HPLC

© Chimica Centro spa

Descrizione

Acqua ultrapura (grado 1) per cromatografia, microbiologia e biologia molecolare (richiede acqua pretrattata) e acqua pura (grado 2) per applicazioni generali Display a colori a 16 bit Dispensazione volumetrica Monitor TOC Resistività all'acqua di grado 1 a 25°C: 18,2 MO x cm Conduttività dell'acqua di grado 1 a 25°C: 0,055 µS / cm Resistività all'acqua di grado 2 a 25°C:> 5,0 MO x cm, tipico =10 MO x cm Conduttività dell'acqua di grado 2 a 25°C: <0,2 µS / cm, tipico =0,1 µS / cm TOC: <2 ppb Batteri: <0,01 CFU / mL Endotossine: <<0,15 EU / mL Particelle> 0,22 µm: <1 / per mL Flusso nominale, acqua pura (al serbatoio di stoccaggio): 10 L / h Velocità di erogazione, acqua ultrapura: fino a 2 L / min Dispenser flessibile montato lateralmente Compatibile con distributore di acqua "Flow Point 3"ESCLUSO IL SERBATOIO DA 30 LITRI "PRO". GARANZIA 24 MESI.