CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

STANDARD SINGOLO NANOCOLOR AOX 3 (TEST 0-07) – 20 ANALISI

Descrizione

© Chimica Centro srl

Concentrazione: 1,0 mg/l AOXIl sistema NANOCONTROL® è stato sviluppato per affiancare e migliorare il sistema NANOCOLOR®.Si tratta di soluzioni contenenti una concentrazione nota dei parametri corrispondenti.Questa concentrazione ricade a circa metà dell'intervallo di misura previsto ed ha un intervallo fiduciale ristretto per i valori ottenibili, indicato per ogni tipo di standard. L'utilizzo è semplice. Si usa la soluzione standard al posto del campione d'acqua e l'analisi viene eseguita con le solite modalità.Se il valore di misura ottenuto ricade entro il limite fiduciale si conclude che tutti i singoli componenti del sistema analitico funzionano in modo adeguato e il sistema viene usato in modo corretto. Se si trovano deviazioni si può risalire alla fonte di errore seguendo le istruzioni fornite nei manuali dei fotometri.