CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

TEST IN PROVETTA NANOCOLOR® DUREZZA CA/MG, 20 ANALISI

Descrizione

Intervallo: 1.25 – 25 °d 5 – 50 mg/l Mg2+ 10 – 100 mg/l Ca2+Principi della reazione:Determinazione fotometrica della durezza totale con porpora di ftaleina. Con l'aiuto di un agente mascherante selettivo è possibile differenziare tra calcio e magnesio. Il metodo può essere utilizzato per analisi di acque marine dopo Diluizione (1:30).Conservabilità: almeno 18 mesiLe provette NANOCOLOR riusltano essere lo strumento più idoneo per analisi di routine negli impianti di trattamento delle acque reflue e industriali.Caratteristiche: Reagenti predosati in provette da 16 mm; Accurato dosaggio dei reagenti grazie alle capsule NANOFIX; Misura effettuata direttamente nella provetta; Minima esposizione ai reagenti chimici; Consumo ridotto di reagenti; Meno problemi di smaltimento; Identificazione tramite codice a barre; Nessuna preparazione di bianchi; Risparmio di tempo e procedure facili da seguire; Risultati veloci e riproducibili.*** ATTENZIONE ***NECESSITANO DI FOTOMETRO NANOCOLOR.NON ANALIZZABILE CON FOTOMETRI NANOCOLOR 500D e 400D

© Chimica Centro s.r.l.