XS COND 73 NEX Portable conductivimeter - EPT 4

Codice: *50121512*

SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza COND	±2% full scale
Accuratezza salinità	±1 % full scale
Accuratezza TDS	±1% full scale
Accuratezza temperatura	±0,5°C °C
Coefficiente di temperatura	0,00...10,00% / °C % / °C
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 % / °C
Fattore TDS	Lineare (0,4 .. 1,00) / KCl / NaCl / 442
Range di misura COND	0,01 µS/cm ... 1000 mS/cm
Range di misura salinità	0,1 ppm ... 100 ppt
Range di misura TDS	0,1 mg/l ... 500 g/l
Range di misura Temperatura	-10 ... +110°C °C
Risoluzione COND	0,01 / 0,1 (Automatic scale) µs/cm
Risoluzione Temperatura	0,1 °C
Temperatura di riferimento	15 ... 30°C °C

Caratteristiche

Comunicazione PC	USB-C
Costante di cella selezionabile	Cella 4 anelli (K = 0,475)
Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	1 x Multipin
Memoria	1000 dati con data, ora e numero di registrazione
Multilingua	ENG - ITA - FRA - ESP - DEU
Password	Numerica (4 caratteri)
Tamponi riconosciuti Cond	5.00 µS / 84, 1413 µS / 12.88, 111.8 mS - 1 (Custom)

Tipo di cella	Cella EPT 4 (4 anelli)

CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC)
T +39 071 7572490 | **info@chimicacentro.it**
P.IVA 00970300430 | REG. MC N. 00970300430 | R.E.A. MC N. 107669